

05190-1

試験成績書

製品名 バイタルメディア NHM-II 血液寒天培地 (ヒツジ)

Lot No. CAF0BD01

有効期限 2023年12月29日

判定日 2023年11月17日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	400g/cm ² 以上	適合
pH	7.0~7.4	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>S. pyogenes</i> ATCC19615	発育_β溶血	適合
<i>S. agalactiae</i> No. 3	発育_α'溶血	適合
<i>S. anginosus</i> No. 1	発育_β溶血	適合
<i>S. pneumoniae</i> ATCC6303	発育_α溶血	適合
<i>S. pneumoniae</i> ATCC6305	発育_α溶血	適合
<i>S. aureus</i> ATCC25923	発育_α'溶血	適合
<i>H. influenzae</i> No. 1	発育	適合
<i>H. parahaemolyticus</i> No. 1	発育	適合

判定者 工藤