

05330-3

試験成績書

製品名 ハイタルメティア チョコレートHP寒天培地

Lot No. CBDP5801

有効期限 2024年10月13日

判定日 2024年5月14日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	400g/cm ² 以上	適合
pH	7.1~7.3	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>H. influenzae</i> ATCC10211	発育	適合
<i>H. influenzae</i> ATCC35540	発育	適合
<i>H. parainfluenzae</i> ATCC9796	発育	適合
<i>H. parahaemolyticus</i> ATCC10014	発育	適合
<i>M. catarrhalis</i> ATCC25240	発育	適合
<i>N. gonorrhoeae</i> ATCC43070	発育	適合
<i>N. meningitidis</i> ATCC13090	発育	適合
<i>S. pneumoniae</i> ATCC49619	発育	適合

判定者 工藤