

05530-1

試験成績書

製品名 バイタルメディア SSK寒天培地

Lot No. CJA07B01

有効期限 2023年11月16日

判定日 2023年7月13日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | 結果/判定 |
|----------------------------|--------------------------|-------|
| 包装 | 異常を認めない | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | 適合 |
| ゼリー強度 | 500g/cm ² 以上 | 適合 |
| pH | 7.2~7.6 | 適合 |
| 発育性能試験 | | |
| <i>E. coli</i> No.1 | 発育_ピンク | 適合 |
| <i>C. freundii</i> No.1 | 発育_ピンク/H ₂ S+ | 適合 |
| <i>S. Typhi</i> No.1 | 発育_無色 | 適合 |
| <i>S. flexneri</i> No.1 | 発育_無色 | 適合 |
| <i>S. Enteritidis</i> No.1 | 発育_無色/H ₂ S+ | 適合 |
| <i>S. Paratyphi</i> No.1 | 発育_無色 | 適合 |
| <i>S. sonnei</i> ATCC25931 | 発育_無色 | 適合 |

判定者 工藤