

05551-1

## 試験成績書

製品名 バイタルメディア mCCDA寒天培地

Lot No. CKB0AP01

有効期限 2024年1月16日

判定日 2023年11月6日

判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	350g/cm <sup>2</sup> 以上	適合
pH	7.2~7.6	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>C. jejuni</i> ATCC33291	発育_白色	適合
<i>C. coli</i> ATCC43478	発育_白色	適合
<i>E. coli</i> No. 6	発育抑制	適合
<i>K. pneumoniae</i> ATCC700603	発育抑制	適合

判定者 工藤