

05580-1

試験成績書

製品名 バイタルメディア MGYM寒天培地

Lot No. CMANCD01

有効期限 2023年4月20日

判定日 2022年12月19日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	500g/cm ² 以上	適合
pH	4.5~4.7	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>C. albicans</i> No. 1	発育	適合
<i>C. tropicalis</i> No. 1	発育	適合
<i>C. krusei</i> No. 2	発育	適合
<i>C. parapsilosis</i> No. 3	発育	適合
<i>C. glabrata</i> No. 4	発育	適合

判定者 工藤