

05660-1

## 試験成績書

製品名 ハイタルメディア マニットソルト卵黄寒天培地

Lot No. CPA09F01

有効期限 2024年1月21日

判定日 2023年9月22日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	400g/cm <sup>2</sup> 以上	適合
pH	7.2~7.6	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
	マニット分解 卵黄反応	
<i>S. aureus</i> ATCC25923	発育 + +	適合
<i>S. aureus</i> JCM2874	発育 + +	適合
<i>S. aureus</i> No. 1	発育 + +	適合
<i>S. epidermidis</i> ATCC12228	発育 - -	適合
<i>S. epidermidis</i> No. 1	発育 - -	適合

判定者 工藤