

05690-2

試験成績書

製品名 バイタルメイト TCBS寒天培地

Lot No. CRAP6Q01

有効期限 2024年10月2日

判定日 2024年6月28日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	500g/cm ² 以上	適合
pH	8.8~9.0	適合
発育性能試験		
<i>V. cholerae</i> ATCC9459	発育_黄色	適合
<i>V. vulnificus</i> ATCC27562	発育_黄色	適合
<i>V. parahaemolyticus</i> ATCC17802	発育_緑色	適合
<i>P. mirabilis</i> ATCC43071	発育抑制	適合
<i>E. coli</i> NBRC13500	発育抑制	適合

判定者 工藤