

05781-2

## 試験成績書

製品名 ハイタルメディア サブロー寒天培地

Lot No. CUA02601

製造年月日 2023年2月6日

有効期限 2023年8月13日

判定日 2023年2月13日

判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	判定/結果
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	350g/cm <sup>2</sup> 以上	適合
pH	5.4~5.8	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
試験菌株	規格	結果 判定
		コロニー数 対照ロット比
<i>C. albicans</i> ATCC10231	コロニー数 100 CFU以下	56 140 % 適合
<i>A. brasiliensis</i> ATCC16404	対照ロット比 50%~200%	42 105 % 適合

判定者 工藤