

05781-2

## 試験成績書

製品名 ハイタルメディア サブロー寒天培地

Lot No. CUAP6P01

製造年月日 2024年6月25日

有効期限 2024年12月30日

判定日 2024年7月1日

判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	判定/結果			
包装	異常を認めない	適合			
性状	異常を認めない	適合			
ゼリー強度	350g/cm <sup>2</sup> 以上	適合			
pH	5.4~5.8	適合			
無菌試験	陰性	適合			
発育性能試験					
試験菌株	規格	結果	判定		
		コロニー数	対照ロット比		
<i>C. albicans</i> ATCC10231	コロニー数	100 CFU以下	17	113 %	適合
<i>A. brasiliensis</i> ATCC16404	対照ロット比	50%~200%	31	124 %	適合

判定者 工藤