

04200-2

試験成績書

製品名 DDチェックー DD寒天培地

Lot No. CXANBA01

有効期限 2023年5月17日

判定日 2022年11月22日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | 結果/判定 |
|--------------------------------------|-----------|-------|
| 包装 | 異常を認めない | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | 適合 |
| pH | 7.0~7.4 | 適合 |
| 発色液滴数 | 105滴以上 | 適合 |
| 無菌試験 | 陰性 | 適合 |
| 発育性能試験 | | |
| <i>E. coli</i> NBRC13500 | 発育 | 適合 |
| <i>E. coli</i> ATCC25922 | 発育 | 適合 |
| <i>S. aureus</i> ATCC25923 | 発育 | 適合 |
| <i>S. Enteritidis</i> No.2 | 発育 | 適合 |
| <i>V. parahaemolyticus</i> ATCC17802 | 発育 | 適合 |
| 発色試験 | | |
| <i>E. coli</i> NBRC13500 | 3分以内に発色する | 適合 |

判定者 工藤