

04200-2

試験成績書

製品名 DDチェックー DD寒天培地

Lot No. CXA0BF01

有効期限 2024年5月21日

判定日 2023年12月1日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
pH	7.0~7.4	適合
発色液滴数	105滴以上	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>E. coli</i> NBRC13500	発育	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	発育	適合
<i>S. aureus</i> ATCC25923	発育	適合
<i>S. Enteritidis</i> No. 2	発育	適合
<i>V. parahaemolyticus</i> ATCC17802	発育	適合
発色試験		
<i>E. coli</i> NBRC13500	3分以内に発色する	適合

判定者 工藤