

04240-1

試験成績書

製品名 DDチェック MSEY寒天培地

Lot No. CXE0CB01

有効期限 2024年4月17日

判定日 2023年12月26日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
pH	7.2~7.7	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
	マンニト分解 卵黄反応	
<i>S. aureus</i> ATCC25923	発育 + +	適合
<i>S. aureus</i> ATCC6538	発育 + +	適合
<i>S. aureus</i> ATCC29213	発育 + +	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	発育抑制	適合
<i>S. Enteritidis</i> No.2	発育抑制	適合

判定者 工藤