

04290-1

試験成績書

製品名 DDチェックー PD寒天培地 (CP加)

Lot No. CXHP2R01

有効期限 2024年7月4日

判定日 2024年3月12日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
pH	5.4~5.8	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>C. albicans</i> ATCC2091	発育	適合
<i>A. brasiliensis</i> ATCC16404	発育	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	発育抑制	適合
<i>S. aureus</i> ATCC25923	発育抑制	適合
<i>S. Enteritidis</i> No.2	発育抑制	適合

判定者 工藤