

04260-1

試験成績書

製品名 DDチェック TCBS寒天培地

Lot No. CXI06T01

有効期限 2023年11月4日

判定日 2023年7月10日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
pH	8.7~9.3	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>V. parahaemolyticus</i> ATCC17802	発育_緑	適合
<i>V. parahaemolyticus</i> No.1	発育_緑	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	発育抑制	適合
<i>S. aureus</i> ATCC25923	発育抑制	適合
<i>S. Enteritidis</i> No.2	発育抑制	適合

判定者 工藤