

04280-1

試験成績書

製品名 DDチェック MYP寒天培地

Lot No. CXK0A301

有効期限 2024年2月8日

判定日 2023年10月11日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
pH	7.0~7.4	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>B. cereus</i> ATCC11778	発育_橙~赤	適合
<i>E. aerogenes</i> ATCC13048	発育抑制	適合
<i>E. cloacae</i> ATCC23355	発育抑制	適合

判定者 工藤