

04310-1

試験成績書

製品名 DDチェック MBCP寒天培地

Lot No. CXM06E01

有効期限 2023年9月20日

判定日 2023年6月22日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
pH	6.4~7.3	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>L. acidophilus</i> ATCC314	発育_黄変	適合
<i>L. acidophilus</i> NBRC13951	発育_黄変	適合
<i>B. subtilis</i> ATCC6633	発育抑制	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	発育抑制	適合

判定者 工藤