

04320-1

試験成績書

製品名 DDチェックー SCD寒天培地

Lot No. CXN06C01

有効期限 2023年10月18日

判定日 2023年6月20日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
pH	7.1~7.5	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>E. coli</i> ATCC8739	発育	適合
<i>P. aeruginosa</i> ATCC9027	発育	適合
<i>S. aureus</i> ATCC6538	発育	適合

判定者 工藤