

04340-1

試験成績書

製品名 DDチェック M40Y寒天培地

Lot No. CX002101

有効期限 2023年6月9日

判定日 2023年2月8日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | 結果/判定 |
|----------------------------|---------|-------|
| 包装 | 異常を認めない | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | 適合 |
| pH | 5.3~5.7 | 適合 |
| 無菌試験 | 陰性 | 適合 |
| 発育性能試験 | | |
| 耐乾性真菌 | 発育 | 適合 |
| <i>B. cereus</i> ATCC11778 | 非発育 | 適合 |

判定者 工藤