

04340-1

## 試験成績書

製品名 DDチェック M40Y寒天培地

Lot No. CX009601

有効期限 2024年1月12日

判定日 2023年9月20日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目                       | 規格      | 結果/判定 |
|----------------------------|---------|-------|
| 包装                         | 異常を認めない | 適合    |
| 性状                         | 異常を認めない | 適合    |
| pH                         | 5.3~5.7 | 適合    |
| 無菌試験                       | 陰性      | 適合    |
| 発育性能試験                     |         |       |
| 耐乾性真菌                      | 発育      | 適合    |
| <i>B. cereus</i> ATCC11778 | 非発育     | 適合    |

判定者 工藤