

04340-1

## 試験成績書

製品名 DDチェック M40Y寒天培地

Lot No. CX0PAF01

有効期限 2025年2月20日

判定日 2024年10月24日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
pH	5.3~5.7	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
耐乾性真菌	発育	適合
<i>B. cereus</i> ATCC11778	非発育	適合

判定者 工藤