

04350-1

## 試験成績書

製品名 DDチェック NAC寒天培地

Lot No. CXPN9C01

有効期限 2023年1月18日

判定日 2022年9月26日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目                          | 規格      | 結果/判定 |
|-------------------------------|---------|-------|
| 包装                            | 異常を認めない | 適合    |
| 性状                            | 異常を認めない | 適合    |
| pH                            | 7.2~7.6 | 適合    |
| 無菌試験                          | 陰性      | 適合    |
| 発育性能試験                        |         |       |
| <i>P. aeruginosa</i> ATCC9027 | 発育      | 適合    |
| <i>E. coli</i> ATCC8739       | 発育抑制    | 適合    |
| <i>S. aureus</i> ATCC6538     | 発育抑制    | 適合    |

判定者 矢戸