

05255-1

試験成績書

製品名 バイタルメイト Bordet-Gengou 血液寒天培地

Lot No. CZBP7301

有効期限 2024年8月18日

判定日 2024年7月11日

極東製薬工業株式会社

判定 合格

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	判定/結果
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
pH	7.2~7.6	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>B. pertussis</i> No. 1	発育	適合
<i>B. pertussis</i> No. 2	発育	適合
<i>B. pertussis</i> No. 3	発育	適合
<i>B. parapertussis</i> No. 1	発育_溶血	適合
<i>B. parapertussis</i> No. 2	発育_溶血	適合
判定者	工藤	