

05790-1

## 試験成績書

製品名 ハイタルメイト VRES寒天培地

Lot No. CZJNCF01

有効期限 2023年3月23日

判定日 2022年12月21日

判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	判定/結果
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	400g/cm <sup>2</sup> 以上	適合
pH	7.0~7.2	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>E. faecalis</i> ATCC51299	発育_エスクリン分解	適合
<i>E. casseliflavus</i> ATCC25788	発育_エスクリン分解	適合
<i>E. faecalis</i> ATCC19433	非発育/弱発育	適合
<i>E. faecalis</i> ATCC29212	非発育/弱発育	適合
<i>E. faecium</i> ATCC19434	非発育/弱発育	適合
<i>E. avium</i> ATCC14025	非発育/弱発育	適合
<i>E. durans</i> ATCC19432	非発育/弱発育	適合
<i>S. aureus</i> ATCC25923	非発育/弱発育	適合
<i>S. epidermidis</i> ATCC12228	非発育/弱発育	適合

判定者 工藤