

05773-1

試験成績書

製品名 バイタルメディア BCYE α 寒天培地

Lot No. CZN01001

有効期限 2023年5月2日

判定日 2023年2月3日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | 結果/判定 |
|---------------------------------|-------------------------|-------|
| 包装 | 異常を認めない | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | 適合 |
| ゼリー強度 | 350g/cm ² 以上 | 適合 |
| pH | 6.8~7.0 | 適合 |
| 無菌試験 | 陰性 | 適合 |
| 発育性能試験 | | |
| <i>L. pneumophila</i> ATCC33152 | 発育 | 適合 |
| <i>L. pneumophila</i> ATCC33153 | 発育 | 適合 |
| <i>L. bozemanii</i> ATCC33217 | 発育 | 適合 |
| <i>L. micdadei</i> ATCC33218 | 発育 | 適合 |
| <i>L. gormanii</i> ATCC33297 | 発育 | 適合 |

判定者 工藤