

05773-1

試験成績書

製品名 バイタルメディア BCYE α 寒天培地

Lot No. CZNP6H01

有効期限 2024年9月23日

判定日 2024年6月25日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	350g/cm ² 以上	適合
pH	6.8~7.0	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>L. pneumophila</i> ATCC33152	発育	適合
<i>L. pneumophila</i> ATCC33153	発育	適合
<i>L. bozemanii</i> ATCC33217	発育	適合
<i>L. micdadei</i> ATCC33218	発育	適合
<i>L. gormanii</i> ATCC33297	発育	適合

判定者 工藤