

05775-1

試験成績書

製品名 バイタルメディア GVPC寒天培地

Lot No. CZ0P9301

有効期限 2024年12月10日

判定日 2024年9月9日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	350g/cm ² 以上	適合
pH	6.8~7.0	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>L. pneumophila</i> ATCC33152	発育	適合
<i>L. pneumophila</i> ATCC33153	発育	適合
<i>L. bozemanii</i> ATCC33217	発育	適合
<i>L. micdadei</i> ATCC33218	発育	適合
<i>S. aureus</i> ATCC25923	発育抑制	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	発育抑制	適合
<i>B. cereus</i> ATCC11778	発育抑制	適合

判定者 工藤