

06810-1

## 試験成績書

製品名 バイタルメディア YSG寒天培地

Lot No. CZP02K01

有効期限 2023年8月27日

判定日 2023年2月27日

判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	400g/cm <sup>2</sup> 以上	適合
pH	3.6~3.8	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>A. acidoterrestris</i> ATCC49025	発育	適合
<i>A. acidocaldarius</i> ATCC27009	発育	適合

判定者 工藤