

05802-1

試験成績書

製品名 ハイタルメディカール-Candida寒天培地

Lot No. CZSP7A01

有効期限 2024年11月15日

判定日 2024年7月16日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	400g/cm ² 以上	適合
pH	5.3~5.7	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>C. albicans</i> ATCC90028	発育_薄緑~緑色、S型	適合
<i>C. glabrata</i> ATCC90030	発育_クリーム~薄ピンク、光沢のあるS型	適合
<i>C. parapsilosis</i> ATCC22019	発育_クリーム~ピンク、小コロニー	適合
<i>C. krusei</i> ATCC6258	発育_クリーム~薄ピンク色、R型	適合
<i>C. tropicalis</i> ATCC750	発育_コロニー中心部又は全体が赤紫~青紫	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	非発育	適合

判定者 工藤