

試験成績書

製品名 バイタルメディア TWINプレート6 (TSA+HPチョコ)

Lot No. DAFPA801

有効期限 2024年12月15日

判定日 2024年10月15日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格		結果/判定
包装	異常を認めない		適合
性状	異常を認めない		適合
ゼリー強度			
TSA	400g/cm ² 以上		適合
HPチョコ	400g/cm ² 以上		適合
pH			
TSA	7.0~7.2		適合
HPチョコ	7.1~7.3		適合
無菌試験	陰性		適合
発育性能試験			
	TSA	HPチョコ	
<i>S. pneumoniae</i> ATCC49619	発育_α 溶血凹	発育_α 溶血様	適合
<i>S. pyogenes</i> ATCC12344	発育_β 溶血	発育	適合
<i>S. sanguis</i> ATCC10556	発育_α 溶血	発育_α 溶血様	適合
<i>S. aureus</i> ATCC25923	発育_β 溶血	発育	適合
<i>M. catarrhalis</i> ATCC25240	発育	発育	適合
<i>H. influenzae</i> ATCC10211	非発育	発育	適合
<i>H. parainfluenzae</i> ATCC9796	非発育	発育	適合
<i>N. gonorrhoeae</i> ATCC43069	発育	発育	適合

判定者

工藤