

試験成績書

製品名 バイタルメイト TWINプレート11 (SS+CT-SMAC)

Lot No. DAK07B01

有効期限 2023年10月17日

判定日 2023年7月13日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格		結果/判定
包装	異常を認めない		適合
性状	異常を認めない		適合
ゼリー強度			
SS	450g/cm ² 以上		適合
CT-SMAC	450g/cm ² 以上		適合
pH			
SS	7.0~7.2		適合
CT-SMAC	7.0~7.2		適合
発育性能試験			
	SS	CT-SMAC	
<i>S. flexneri</i> No. 1	発育_無色	非発育	適合
<i>S. Typhi</i> No. 1	発育_無色	非発育/弱発育	適合
<i>S. Enteritidis</i> No. 2	発育_無色/H ₂ S+	非発育/弱発育	適合
<i>S. Paratyphi</i> No. 1	発育_無色	非発育	適合
<i>C. freundii</i> No. 2	発育_ピノク/H ₂ S+	非発育	適合
<i>E. coli</i> 0157 ATCC43894	非発育	発育_無色	適合
<i>E. coli</i> No. 1	弱発育_ピノク	非発育/弱発育	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	非発育	非発育/弱発育	適合
<i>P. mirabilis</i> No. 1	発育_無色	非発育	適合
<i>S. aureus</i> ATCC25923	非発育	非発育	適合

判定者 工藤