

試験成績書

製品名 バイタルメイト TWINプレート11 (SS+CT-SMAC)

Lot No. DAKOCM01

有効期限 2024年3月29日

判定日 2023年12月28日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | | 結果/判定 |
|-------------------------------|--------------------------|---------|-------|
| 包装 | 異常を認めない | | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | | 適合 |
| ゼリー強度 | | | |
| SS | 450g/cm ² 以上 | | 適合 |
| CT-SMAC | 450g/cm ² 以上 | | 適合 |
| pH | | | |
| SS | 7.0~7.2 | | 適合 |
| CT-SMAC | 7.0~7.2 | | 適合 |
| 発育性能試験 | | | |
| | SS | CT-SMAC | |
| <i>S. flexneri</i> No. 1 | 発育_無色 | 非発育 | 適合 |
| <i>S. Typhi</i> No. 1 | 発育_無色 | 非発育/弱発育 | 適合 |
| <i>S. Enteritidis</i> No. 2 | 発育_無色/H ₂ S+ | 非発育/弱発育 | 適合 |
| <i>S. Paratyphi</i> No. 1 | 発育_無色 | 非発育 | 適合 |
| <i>C. freundii</i> No. 2 | 発育_ピノク/H ₂ S+ | 非発育 | 適合 |
| <i>E. coli</i> 0157 ATCC43894 | 非発育 | 発育_無色 | 適合 |
| <i>E. coli</i> No. 1 | 弱発育_ピノク | 非発育/弱発育 | 適合 |
| <i>E. coli</i> ATCC25922 | 非発育 | 非発育/弱発育 | 適合 |
| <i>P. mirabilis</i> No. 1 | 発育_無色 | 非発育 | 適合 |
| <i>S. aureus</i> ATCC25923 | 非発育 | 非発育 | 適合 |

判定者 工藤