

06117-2

試験成績書

製品名 ハイタルメテア TWINプレート39 (SS-NEO+CSIE) 保菌者検索用
Lot No. DBVNB001
有効期限 2023年3月2日
判定日 2022年12月2日
判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	判定/結果
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度		
SS-NEO	450g/cm ² 以上	適合
CSIE	450g/cm ² 以上	適合
pH		
SS-NEO	7.0~7.4	適合
CSIE	7.50~7.65	適合

発育性能試験

	SS-NEO	CSIE	
<i>S. Enteritidis</i> No.2	発育_無色/H ₂ S+	非発育/弱発育	適合
<i>S. sonnei</i> ATCC9290	発育_無色	非発育/弱発育	適合
<i>C. freundii</i> No.2	発育_ピンク	非発育/弱発育	適合
<i>P. aeruginosa</i> ATCC27853	非発育	非発育/弱発育	適合
<i>P. mirabilis</i> ATCC43071	発育_無色透明	非発育/弱発育	適合
<i>E. coli</i> 0157 ATCC35150	非発育/弱発育	発育_青~青緑	適合
<i>E. coli</i> 026 No.1	非発育/弱発育	発育_青~青緑	適合
<i>E. coli</i> 0111 No.1	非発育/弱発育	発育_青~青緑	適合

判定者 工藤