

06117-2

## 試験成績書

製品名 ハイタルメディア TWINプレート39 (SS-NEO+CSIE) 保菌者検索用

Lot No. DBV06201

有効期限 2023年9月8日

判定日 2023年6月7日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目   | 規格                      | 判定/結果 |
|--------|-------------------------|-------|
| 包装     | 異常を認めない                 | 適合    |
| 性状     | 異常を認めない                 | 適合    |
| ゼリー強度  |                         |       |
| SS-NEO | 450g/cm <sup>2</sup> 以上 | 適合    |
| CSIE   | 450g/cm <sup>2</sup> 以上 | 適合    |
| pH     |                         |       |
| SS-NEO | 7.0~7.4                 | 適合    |
| CSIE   | 7.50~7.65               | 適合    |

### 発育性能試験

|                                | SS-NEO                  | CSIE    |    |
|--------------------------------|-------------------------|---------|----|
| <i>S. Enteritidis</i> No.2     | 発育_無色/H <sub>2</sub> S+ | 非発育/弱発育 | 適合 |
| <i>S. sonnei</i> ATCC9290      | 発育_無色                   | 非発育/弱発育 | 適合 |
| <i>C. freundii</i> No.2        | 発育_ピンク                  | 非発育/弱発育 | 適合 |
| <i>P. aeruginosa</i> ATCC27853 | 非発育                     | 非発育/弱発育 | 適合 |
| <i>P. mirabilis</i> ATCC43071  | 発育_無色透明                 | 非発育/弱発育 | 適合 |
| <i>E. coli</i> 0157 ATCC35150  | 非発育/弱発育                 | 発育_青~青緑 | 適合 |
| <i>E. coli</i> 026 No.1        | 非発育/弱発育                 | 発育_青~青緑 | 適合 |
| <i>E. coli</i> 0111 No.1       | 非発育/弱発育                 | 発育_青~青緑 | 適合 |

判定者 工藤