

06125-3

試験成績書

製品名 バイタルメディア TWINプレート41 (SS-PLUS+CIX)

Lot No. DBX03E01

有効期限 2023年6月20日

判定日 2023年3月16日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	判定/結果	
包装	異常を認めない	適合	
性状	異常を認めない	適合	
ゼリー強度			
SS-PLUS	550g/cm ² 以上	適合	
CIX	450g/cm ² 以上	適合	
pH			
SS-PLUS	7.2~7.6	適合	
CIX	7.50~7.70	適合	
発育性能試験			
	SS-PLUS	CIX	
<i>E. coli</i> 0157 ATCC35150	弱発育/発育_赤	発育_青~青緑	適合
<i>E. coli</i> 026 No.1	弱発育/発育_赤	発育_群青~濃紫色	適合
<i>E. coli</i> 0111 No.1	弱発育/発育_赤	発育_群青~濃紫色	適合
<i>P. mirabilis</i> ATCC43071	発育_透明	非発育/弱発育	適合
<i>S. Enteritidis</i> No.2	発育_無色/H ₂ S+	非発育/弱発育	適合
<i>S. sonnei</i> ATCC9290	発育_無色	非発育	
<i>C. freundii</i> No.2	発育_赤/H ₂ S+	非発育/弱発育	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	非発育/弱発育	非発育/弱発育	適合

判定者

工藤