

06831-1

試験成績書

製品名 バイタルメディア ガートネラ寒天培地

Lot No. DCSP4201

有効期限 2024年6月9日

判定日 2024年4月11日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
pH	6.7~6.9	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>G. vaginalis</i> ATCC14018	発育_β溶血	適合
<i>S. agalactiae</i> ATCC12386	発育_β溶血	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	非発育	適合
<i>C. albicans</i> ATCC90028	非発育	適合

判定者 工藤