

06004-1

## 試験成績書

製品名 バイタルメイト CW寒天培地 (KM・卵黄加)

Lot No. DDE0AC01

有効期限 2024年1月18日

判定日 2023年10月30日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	450g/cm <sup>2</sup> 以上	適合
pH	7.1~7.3	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験	卵黄反応 乳糖分解	
<i>C. perfringens</i> ATCC13124	発育 + +	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	発育抑制	適合
<i>S. aureus</i> ATCC25923	発育抑制	適合

判定者 工藤