

05679-1

試験成績書

製品名 バイタルメディア MRSA-CI寒天培地

Lot No. DDTP5F01

有効期限 2024年8月6日

判定日 2024年5月23日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	400g/cm ² 以上	適合
pH	7.2~7.6	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
※35°C24時間培養		
<i>S. aureus</i> ATCC43300 (MRSA)	発育_青緑	適合
※35°C48時間培養		
<i>S. aureus</i> ATCC29213	非発育	適合
<i>S. epidermidis</i> ATCC12228	非発育	適合

判定者 工藤