

試験成績書

製品名 ハイタルメティア PV加ブセラHK(ウサギ)

Lot No. DED07P01

有効期限 2023年10月31日

判定日 2023年8月3日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	400g/cm ² 以上	適合
pH	6.8~7.2	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>P. gingivalis</i> No.1	発育	適合
<i>P. intermedia</i> No.1	発育	適合
<i>F. mortiferum</i> No.2	発育	適合
<i>F. nucleatum</i> No.1	発育	適合
<i>B. wadsworthia</i> No.1	発育	適合
<i>E. limosum</i> No.1	非発育	適合
<i>P. asaccharolyticus</i> No.2	非発育	適合
<i>P. prevotii</i> No.2	非発育	適合
<i>P. anaerobius</i> No.2	非発育	適合
<i>V. parvula</i> No.2	発育	適合

判定者 工藤