

06660-2

## 試験成績書

製品名 ハイタルメティア PV加ブセラHK(ウサギ)

Lot No. DEDP2601

有効期限 2024年5月14日

判定日 2024年2月20日

判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目                            | 規格                      | 結果/判定 |
|---------------------------------|-------------------------|-------|
| 包装                              | 異常を認めない                 | 適合    |
| 性状                              | 異常を認めない                 | 適合    |
| ゼリー強度                           | 400g/cm <sup>2</sup> 以上 | 適合    |
| pH                              | 6.8~7.2                 | 適合    |
| 無菌試験                            | 陰性                      | 適合    |
| 発育性能試験                          |                         |       |
| <i>P. gingivalis</i> No.1       | 発育                      | 適合    |
| <i>P. intermedia</i> No.1       | 発育                      | 適合    |
| <i>F. mortiferum</i> No.2       | 発育                      | 適合    |
| <i>F. nucleatum</i> No.1        | 発育                      | 適合    |
| <i>B. wadsworthia</i> No.1      | 発育                      | 適合    |
| <i>E. limosum</i> No.1          | 非発育                     | 適合    |
| <i>P. asaccharolyticus</i> No.2 | 非発育                     | 適合    |
| <i>P. prevotii</i> No.2         | 非発育                     | 適合    |
| <i>P. anaerobius</i> No.2       | 非発育                     | 適合    |
| <i>V. parvula</i> No.2          | 発育                      | 適合    |

判定者 工藤