

06680-2

試験成績書

製品名 バイタルメディア BBE寒天培地

Lot No. DEEP7401

有効期限 2024年11月9日

判定日 2024年7月17日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	450g/cm ² 以上	適合
pH	6.9~7.1	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>F. varium</i> No. 2	発育	適合
<i>P. intermedia</i> No. 1	非発育	適合
<i>F. mortiferum</i> No. 2	弱発育	適合
<i>B. fragilis</i> No. 2	発育_エスクリン分解	適合
<i>B. thetaiotaomicron</i> No. 2	発育_エスクリン分解	適合

判定者 工藤