

06914-1

## 試験成績書

製品名 ハイタルメディ CCMA培地

Lot No. DENNC801

有効期限 2023年3月16日

判定日 2022年12月19日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目                            | 規格                      | 結果/判定 |
|---------------------------------|-------------------------|-------|
| 包装                              | 異常を認めない                 | 適合    |
| 性状                              | 異常を認めない                 | 適合    |
| ゼリー強度                           | 450g/cm <sup>2</sup> 以上 | 適合    |
| pH                              | 7.0~7.4                 | 適合    |
| 無菌試験                            | 陰性                      | 適合    |
| 発育性能試験                          |                         |       |
| <i>C. difficile</i> ATCC 9689   | 発育                      | 適合    |
| <i>E. coli</i> ATCC 25922       | 非発育                     | 適合    |
| <i>P. aeruginosa</i> ATCC 27853 | 非発育                     | 適合    |
| <i>C. albicans</i> ATCC 10231   | 非発育                     | 適合    |

判定者 工藤