

## 試験成績書

製品名 ハイタルメディア CA加羊血液寒天培地

Lot No. DEQP1V01

有効期限 2024年5月23日

判定日 2024年2月6日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	400g/cm <sup>2</sup> 以上	適合
pH	7.1~7.3	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>S. pneumoniae</i> ATCC 6305	発育、 $\alpha$ 溶血	適合
<i>S. pyogenes</i> ATCC 19615	発育、 $\beta$ 溶血	適合
<i>S. aureus</i> ATCC 25923	発育、 $\beta$ 溶血	適合
<i>E. coli</i> ATCC 25922	非発育	適合
<i>P. aeruginosa</i> ATCC 27853	非発育	適合

判定者 工藤