

05547-1

## 試験成績書

製品名 バイタルメディア 変法スキロー寒天培地

Lot No. DEVP3601

有効期限 2024年6月12日

判定日 2024年3月12日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	350g/cm <sup>2</sup> 以上	適合
pH	7.2~7.4	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>C. jejuni</i> ATCC33291	発育	適合
<i>C. coli</i> ATCC43478	発育	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	非発育	適合
<i>P. mirabilis</i> ATCC43071	非発育	適合
<i>C. albicans</i> ATCC10231	非発育	適合

判定者 工藤