

15599-1

試験成績書

製品名 レジオネラ鑑別培地

Lot No. DHA07C01

有効期限 2023年10月10日

判定日 2023年7月31日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | | 結果/判定 |
|---------------------------------|---------|---------|-------|
| 包装 | 異常を認めない | | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | | 適合 |
| 無菌試験 | 陰性 | | 適合 |
| 発育性能試験 | | | |
| | システイン含有 | システイン不含 | |
| <i>L. pneumophila</i> ATCC33152 | 発育 | 非発育 | 適合 |
| <i>L. pneumophila</i> ATCC33153 | 発育 | 非発育 | 適合 |

判定者 工藤