

15599-1

試験成績書

製品名 レジオネラ鑑別培地

Lot No. DHAP5U01

有効期限 2024年8月28日

判定日 2024年6月17日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格		結果/判定
包装	異常を認めない		適合
性状	異常を認めない		適合
無菌試験	陰性		適合
発育性能試験			
	システイン含有	システイン不含	
<i>L. pneumophila</i> ATCC33152	発育	非発育	適合
<i>L. pneumophila</i> ATCC33153	発育	非発育	適合

判定者 工藤