

15599-1

試験成績書

製品名 レジオネラ鑑別培地

Lot No. DHAP6C01

有効期限 2024年9月10日

判定日 2024年7月1日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
無菌試験	陰性	適合

発育性能試験

	システイン含有	システイン不含	
<i>L. pneumophila</i> ATCC33152	発育	非発育	適合
<i>L. pneumophila</i> ATCC33153	発育	非発育	適合

判定者 工藤