

試験成績書

製品名 ヘモフィルス鑑別培地

Lot No. DHBP3B01

有効期限 2024年6月9日

判定日 2024年3月26日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | 判定/結果 |
|-------|-------------------------|-------|
| 包装 | 異常を認めない | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | 適合 |
| ゼリー強度 | 300g/cm ² 以上 | 適合 |
| pH | 7.1~7.5 | 適合 |
| 無菌試験 | 陰性 | 適合 |

発育性能試験

| | X因子 | V因子 | XV因子 | B(血寒) | |
|--------------------------------------|-----|-----|------|-------|----|
| <i>H. influenzae</i> ATCC49247 | - | - | AG | G | 適合 |
| <i>H. influenzae</i> ATCC10211 | - | - | AG | G | 適合 |
| <i>H. parainfluenzae</i> ATCC9796 | - | AG | AG | G | 適合 |
| <i>H. parahaemolyticus</i> ATCC10014 | - | AG | AG | G+ | 適合 |

G: 発育 AG: 発育/酸産生 +: 溶血 -: 発育せず

判定者 工藤