

試験成績書

製品名 ヘモフィルス鑑別培地

Lot No. DHBP5L01

有効期限 2024年8月19日

判定日 2024年5月31日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	判定/結果
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	300g/cm ² 以上	適合
pH	7.1~7.5	適合
無菌試験	陰性	適合

発育性能試験

	X因子	V因子	XV因子	B(血寒)	
<i>H. influenzae</i> ATCC49247	-	-	AG	G	適合
<i>H. influenzae</i> ATCC10211	-	-	AG	G	適合
<i>H. parainfluenzae</i> ATCC9796	-	AG	AG	G	適合
<i>H. parahaemolyticus</i> ATCC10014	-	AG	AG	G+	適合

G: 発育 AG: 発育/酸産生 +: 溶血 -: 発育せず

判定者 工藤