

05710-3

## 試験成績書

製品名 バイタルメディア トリプトソヤ寒天培地

Lot No. DZC04301

製造年月日 2023年4月3日

有効期限 2023年10月8日

判定日 2023年4月10日

判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	500g/cm <sup>2</sup> 以上	適合
pH	7.1~7.5	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		

試験菌株	規格	結果			判定
		コロニー数	対照ロット比		
<i>S. aureus</i> ATCC6538		99	99 %	適合	
<i>P. aeruginosa</i> ATCC9027	コロニー数 100 CFU以下	76	185 %	適合	
<i>B. subtilis</i> ATCC6633	対照ロット比 50%~200%	49	100 %	適合	
<i>C. albicans</i> ATCC10231		55	117 %	適合	
<i>A. brasiliensis</i> ATCC16404		38	75 %	適合	

判定者 工藤