

05710-3

試験成績書

製品名 ハイタルメディア トリプトソヤ寒天培地

Lot No. DZC09501

製造年月日 2023年9月5日

有効期限 2024年3月11日

判定日 2023年9月11日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定		
包装	異常を認めない	適合		
性状	異常を認めない	適合		
ゼリー強度	500g/cm ² 以上	適合		
pH	7.1~7.5	適合		
無菌試験	陰性	適合		
発育性能試験				
試験菌株	規格	結果	判定	
		コロニー数	対照ロット比	
<i>S. aureus</i> ATCC6538		15	136 %	適合
<i>P. aeruginosa</i> ATCC9027	コロニー数 100 CFU以下	76	141 %	適合
<i>B. subtilis</i> ATCC6633	対照ロット比 50%~200%	19	63 %	適合
<i>C. albicans</i> ATCC10231		31	63 %	適合
<i>A. brasiliensis</i> ATCC16404		40	73 %	適合

判定者 工藤